Checkliste zur Vorbereitung einer anstehenden Praxisbegehung

☐ 1. Haben Sie ein praxisindividuelles Organigramm?

☐ 2. Gibt es ein Bestandsverzeichnis (§ MP BetreibV) mit Geräteart und -name, Hersteller, Seriennummer, Kaufdatum und Klassifizierung?

☐ 3. Haben Sie alle Gebrauchsanweisungen der Medizinprodukte (§ 9 MBBetreibV)?

☐ 4. Werden für alle Medizinprodukte der Anlage £ (Sicherheitstechnische Kontrolle), Medizinproduktebücher (§ 7 MPBetreibV) und für die Anlage 2 (Messtechnische Kontrolle – § 11 MPBetreibV) geführt?

☐ 5. Wurden für diese Geräte die Behandler nachweislich eingewiesen?

☐ 6. Wird regelmäßig die elektronische Prüfung EN 62353 durch einen Fachelektriker durchgeführt und protokolliert (§ 2 MPBetreibV)?

☐ 7. Liegt ein Raumhygieneplan vor?

☐ 8. Ist der Aufbereitungsraum in unrein, rein und steril getrennt?

☐ 9. Werden die aufbereiteten Medizinprodukte außerhalb des Aufbereitungsraums gelagert?

☐ 10. Werden keine anderen Arbeiten im Aufbereitungsraum durchgeführt?

☐ 11. Haben Sie für alle Arbeitsschritte der Aufbereitung schriftliche Arbeitsanweisungen:

- das sachgerechte Vorbereiten (Vorbehandeln, Sammeln, Vorreinigen und gegebenenfalls Zerlegen der angewendeten Medizinprodukte) und deren zügigen, sicher umschlossenen und Beschädigungen vermeidenden Transport zum Ort der Aufbereitung;
- die Reinigung bzw. ggf. Zwischenspülung, Desinfektion, Spülung und Trocknung;
- die Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit (zum Beispiel Korrosion, Materialbeschaffenheit), gegebenenfalls Wiederholung von Schritt b, und die Identifikation (zum Beispiel zum Zweck der Entscheidung
- über eine erneute Aufbereitung bei deren zahlenmäßiger Begrenzung);
- die Pflege und Instandsetzung;
- die Funktionsprüfung;
- die Kennzeichnung;
- das Verpacken;
- die Sterilisation;
- die Freigabe;
- die Lagerzeiten.

☐ 12. Wurden alle Medizinprodukte (RDG, DAC, Sterilisator usw.) vor Ort validiert?

☐ 13. Haben Sie alle Medizinprodukte klassifiziert (unkritisch, semikritisch A und B, kritisch A und B) schriftlich eingeordnet?

☐ 14. Liegt Ihnen für die kritisch eingestuften Medizinprodukte eine Aufbereitungsinformation des Herstellers vor?

☐ 15. Wird der Aufbereitungsraum mit einer Tür geschlossen, damit Unbefugte keinen Zutritt bekommen?

☐ 16. Benutzen Sie nur VAH-gelistete Desinfektionsmittel?

☐ 17. Haben Sie hygienische Handwaschplätze und Desinfektionsmittelspender?

☐ 18. Ist die Aufbewahrung der Chargendokumentation gesichert?

☐ 19. Haben Sie einen Hygieneplan?